

# 总巯基测定试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

**注 意：**正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

## 测定意义：

生物体内巯基主要包括谷胱甘肽巯基和蛋白质巯基。前者不仅能够修复氧化损伤的蛋白质，而且参与活性氧清除，后者对于维持蛋白质构象具有重要作用。通过测定总巯基含量和 GSH 含量，能够间接测定蛋白质巯基含量。

## 测定原理：

巯基基团与 5,5'-二硫代-双-硝基苯甲酸（DTNB）反应，生成黄色化合物，在 412nm 处有最大吸收峰。

## 自备实验用品：

天平、研钵、可见分光光度计、恒温水浴锅、1mL 玻璃比色皿、乙醇和蒸馏水。

## 试剂组成和配制：

试剂一：液体 40 mL×1 瓶，4℃ 保存。

试剂二：液体 2 mL×1 瓶，4℃ 避光保存。

## 样品的制备：

- 按照组织质量（g）：水体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液）进行冰浴匀浆，然后 8000g，4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。
- 血清，培养液：稀释 5 倍后测定，可取 0.1mL 样本，加入 0.4mL 蒸馏水，混匀，置冰上待测。

## 操作步骤：

1、分光光度计预热 30min，调节波长至 412nm，双蒸水调零。

2、操作表

在 1mL 玻璃比色皿中加入如下试剂

	对照管	测定管
样品（ $\mu\text{L}$ ）	200	200
试剂一（ $\mu\text{L}$ ）	750	750
试剂二（ $\mu\text{L}$ ）		50
乙醇（ $\mu\text{L}$ ）	50	

混匀，25℃ 静置 10min，测定 412nm 吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。每个测定管设一个对照管。

## 计算公式：

总巯基标准曲线： $y = 3.6222x - 0.0037$ ， $R^2 = 1$ ， $x$  为标品浓度，单位  $\mu\text{mol/mL}$ ， $y$  为吸光度  $\Delta A$ 。

1. 组织：

（1）按样本重量计算

$$\begin{aligned} \text{总巯基含量} (\mu\text{mol/g 鲜重}) &= (\Delta A + 0.0037) \div 3.6222 \times V_{\text{样总}} \div W \\ &= 0.276 \times (\Delta A + 0.0037) \div W \end{aligned}$$

（2）按样本蛋白浓度计算

$$\begin{aligned}\text{总巯基含量 } (\mu\text{mol/mg prot}) &= (\Delta A + 0.0037) \div 3.6222 \times V \text{ 样总} \div \text{Cpr} \\ &= 0.276 \times (\Delta A + 0.0037) \div \text{Cpr}\end{aligned}$$

2. 血清、培养液:

$$\begin{aligned}\text{总巯基含量 } (\mu\text{mol/L}) &= (\Delta A + 0.0037) \div 3.6222 \times 5 \times 10^3 \\ &= 1380 \times (\Delta A + 0.0037)\end{aligned}$$

V 样总: 加入提取液体积, 1mL; W: 样品质量, g ; Cpr: 样本蛋白浓度, mg/mL; S: 血清, 培养液等液体样本稀释倍数;  $10^3$ :  $1\text{mmol/L} = 10^3\mu\text{mol/L}$

**注意事项:**

最低检出限为  $10 \mu\text{mol/L}$ 。